

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2011-000

1 - Itens da Licitação

1 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada: destilador de nitrogênio contendo Controle de temperatura: Eletrônico/Analógico. Potência da resistência: 1500 Watts. Gabinete em aço inoxidável. Caldeira em vidro borossilicato embutida com enchimento semi automático. Sensor para indicação do nível da caldeira. Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. Conexão tipo Kjeldhal com copo dosador e válvula Stop-Flow em vidro borossilicato. Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal. Dimensão total: L=290 x P=330 x A=750mm. Capacidade de destilação: 18mL. Tensão: 220 Volts. Peso: 10 kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: un

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (1)

2 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA A VÁCUO E PRESSÃO COM CABEÇOTE EM TEFLON; Compressor: 1/4 HP com pistão revestido em teflon, isento de óleo. Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática. Segurança: Dispositivo para retenção de contaminantes. Pressão: 2 a 30 lbf/pol2. Vácuo: 5 a 620 mm/Hg. Vazão: 35 L/min. Registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão. Dimensão total: L=370 x P=270 x A=280mm. Peso: 11 kg. Tensão: 220 Volts. ACOMPANHA: 02 pç. Fusível. Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (1)

3 - MATERIAL / EQUIPAMENTO / COMPONENTE - LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: chapa aquecedora plataforma, material plataforma alumínio injetado c/ resistência blindada, temperatura operação máxima 350, voltagem 220, características adicionais forma cilíndrica, potência 215, acabamento superficial pintura eletrostática, diâmetro 13, altura 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (1)

4 - CÂMARA NEWBAUER

Descrição Detalhada: CÂMARA DE NEUBAUER ESPELHADA - VIDRO - PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (2)

5 - CÂMARA NEWBAUER

Descrição Detalhada: câmara newbauer, material vidro, comprimento 7,50 cm, largura 3,20 cm, altura 0,30 cm, aplicação contagem de células e plaquetas, características adicionais espelhada e melhorada
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (2)