

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00093/2011-000

1 - Itens da Licitação

1 - INCUBADORA USO DE LABORATORIO

Descrição Detalhada: incubadora de laboratório, tipo Bod; Gabinete Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva
Câmara interna: Termo-plástico injetado em polipropileno
Porta: Em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca
Suportes: 11 BANDEJAS.
Bandejas: Acompanha 5 bandejas em aço 1020 tipo grade
Distância entre Bandejas: 40mm
Isolação: Em Poliuretano expandido.
Vedação: Perfil Imantado
Resistência: Blindada em aço inox AISI 304
Sensor de Temperatura: Tipo PT-100
Circulação de ar: Forçada por micro-ventiladores
sistema de refrigeração por compressor hermético de 1/8 hp
Segurança: Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico
Alamer: Áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar a perda de materiais incubados
Controle de temperatura: Microprocessado Digital PID
Temperatura: -10°C até 60°C graus
Exatidão: ± 0,5 °C
Resolução: 0,1 °C.
Capacidade: 334 Litros
Alimentação: 220 volts
Potência: 800 Watts
Dimensões Interna: L = 550 x P = 450 x A = 1150 mm
Dimensões Externa: L = 590 x P = 550 x A = 1700 mm
Peso: 40 kg
característica adicional: Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: un

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (1)

2 - INCUBADORA USO DE LABORATORIO

Descrição Detalhada: Câmara Construído em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva.

OBS: MAIOR DETALHAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (1)

3 - SWITCH

Descrição Detalhada: Switch de mesa de 8 portas; taxa de transferência de 10/100 Mbps; Suporte Full/Half Duplex; padrões IEEE802.3 e IEEE802.3u; Utilização com cabos categoria 5 dotados de conectores RJ-45; Existência de leds indicadores de funcionamento e tráfego

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): MACEIO/AL (2)