

**RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2016-002 SRP**

**1 - Itens da Licitação**

**1 - EXAUSTOR**

**Descrição Detalhada:** EXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO TRATADO, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 40, POTÊNCIA MOTOR 1/4, ROTAÇÃO MOTOR 1500, TENSÃO 127/220, VAZÃO 4200

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 20,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (45)

**2 - BANHO MARIA**

**Descrição Detalhada:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (10)

**3 - BANHO MARIA**

**Descrição Detalhada:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (35)

**4 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO**

**Descrição Detalhada:** AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, NOME AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO - AUTOCLAVE 137L AUTOCLAVE, TIPO SEMI-AUTOMÁTICO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CÂMARA AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO CÂMARA 50, PROFUNDIDADE CÂMARA 70, CAPACIDADE 137, QUANTIDADE BANDEJAS 2, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CONSUMO ENERGIA 6.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA, VÁLVULA CONTROLADORA E MANÔMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**5 - BICO DE BÜNSEN**

**Descrição Detalhada:** BICO DE BÜNSEN, MATERIAL BASE EM FERRO, COMPONENTES COM REGISTRO, ALTURA CERCA DE 15

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (30)

**6 - AGITADOR MECÂNICO**

**Descrição Detalhada:** AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3000, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (30)

**7 - MEDIDOR LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO - MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO, PHMETRO DE BANCADA DE ORP/TEMP. GAMA DE -2.00 A 16.00 PH /  $\pm 699,9$  MV;  $\pm 2000$  MV, 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO, CAL CHECK 220V :ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:\* GAMA DE PH: -2.0 A 16.0 PH; -2.00 A 16.00 PH; \* GAMA DE MV:  $\pm 999.9$  MV ;  $\pm 2000$  MV;\* GAMA DE TEMPERATURA: -20.0 A 120.0°C;\* RESOLUÇÃO DE PH: 0.1 PH; 0.01 PH;\* RESOLUÇÃO DE MV: 0.1 MV ; 1 MV;\* RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA: 0.1°C;\* PRECISÃO DE PH:  $\pm 0.01$  PH;\* PRECISÃO DE MV:  $\pm 0.2$  MV ( $\pm 999.9$  MV);  $\pm 1$  MV ( $\pm 2000$  MV);\* PRECISÃO DE TEMPERATURA:  $\pm 0,4^\circ\text{C}$  (EXCLUÍDO ERRO DE SONDA); \* GAMA OFFSET RELATIVO DE MV:  $\pm 2000$  MV;\* CALIBRAÇÃO DE PH: ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO, 7 SOLUÇÕES PADRÃO DISPONÍVEIS (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), E DOIS PADRÕES PERSONALIZADOS; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (9)

**8 - SISTEMA FOTODOCUMENTAÇÃO DE GÉIS**

**Descrição Detalhada:** SISTEMA FOTODOCUMENTAÇÃO DE GÉIS, MATERIAL PLÁSTICO / AÇO, LARGURA 22, PROFUNDIDADE 23, ALTURA 10, PESO 24, FORMATO QUADRADO, COR CINZA, APLICAÇÃO FOTOGRAFAR E ANALISAR GÉIS C/SUBST. FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA ESCURA E SOFTWARE/CONTROLE DE COMANDO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**9 - MICROSCÓPIO**

**Descrição Detalhada:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**10 - MICROCENTRÍFUGA**

**Descrição Detalhada:** MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15000, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 20,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**11 - MICROCENTRÍFUGA**

**Descrição Detalhada:** MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15000, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 20,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3)

**12 - MÁQUINA FABRICAR GELO**

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 63, ALTURA 180, VOLTAGEM 220, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 300, TIPO GELO ESCAMAS, PROFUNDIDADE 64, CAPACIDADE DEPÓSITO 70

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**13 - CRIOSTATO****Item Cancelado**

**Descrição Detalhada:** CRIOSTATO, TIPO DE CHÃO,MÓVEL, MATERIAL ESTRUTURA GABINETE AÇO INOX,TAMPA VIDRO ANTI-EMBAÇANTE, TIPO ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA ACENDE AO ABRIR TAMPA, FUNÇÕES TEMPERATURA E DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO DIGITAL, TIPO CORTE CORTE ATRAVÉS DE NAVALHAS, TIPO BASE BASE COM RODÍZIOS, TENSÃO 110 OU 220V, POTÊNCIA 50/60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**14 - CRIOSTATO**

**Descrição Detalhada:** CRIOSTATO, TIPO DE CHÃO,MÓVEL, MATERIAL ESTRUTURA GABINETE AÇO INOX,TAMPA VIDRO ANTI-EMBAÇANTE, TIPO ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO INTERNA ACENDE AO ABRIR TAMPA, FUNÇÕES TEMPERATURA E DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO DIGITAL, TIPO CORTE CORTE ATRAVÉS DE NAVALHAS, TIPO BASE BASE COM RODÍZIOS, TENSÃO 110 OU 220V, POTÊNCIA 50/60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (5)

**15 - CONTADOR DE CÉLULAS**

**Descrição Detalhada:** CONTADOR DE CÉLULAS, TIPO P/ CÉLULAS SANGUÍNEAS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES, ADICIONAL ATÉ 18 PARÂMETROS, CAPACIDADE ATÉ 3 TIPOS CELULARES (LINHAGEM BRANCA), OUTROS COMPONENTES COM SISTEMA DE LAVAGEM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (12)

**16 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA**

**Descrição Detalhada:** CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**17 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS**

**Descrição Detalhada:** ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220, APLICAÇÃO BIOTECNOLOGIA, COMPRIMENTO ONDA 200 A 900, FREQUÊNCIA 60

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**18 - ESTETOSCÓPIO**

**Descrição Detalhada:** ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL ARTICULAÇÃO 'Y' 'Y' AÇO INOX, MATERIAL CONDUTO CONDUTO LÁTEX, MATERIAL OLIVAS OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, MATERIAL HASTE HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE MOLA AÇO, DUPLO PAVILHÃO CONVERSOR DE SOM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (30)

**19 - ESTETOSCÓPIO**

**Descrição Detalhada:** ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL ARTICULAÇÃO 'Y' 'Y' AÇO INOX, MATERIAL CONDUTO CONDUTO LÁTEX, MATERIAL OLIVAS OLIVAS ANATÔMICAS BORRACHA, MATERIAL HASTE HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE MOLA AÇO, DUPLO PAVILHÃO CONVERSOR DE SOM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**20 - DESTILADOR LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** DESTILADOR ÁGUA, NOME DESTILADOR DE AGUA PARA LABORATORIO - DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MB1005 - PUREZA DA ÁGUA ABAIXO DE 5U SIEMENS. TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. POLIDO INCLUSIVE TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D'ÁGUA, ATRAVÉS DE PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX. SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO ANTI-CORROSIVO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA PILOTO. DIMENSÕES (L X P X A): 320 X 265 X 560MM; CAPACIDADE DE 5 LITROS/HORA, POTÊNCIA 3500W, TENSÃO DE 220V, CONSUMO DE ÁGUA APROXIMADA DE 50 LITROS/HORA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**21 - TERMOCICLADOR**

**Descrição Detalhada:** TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 1000 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 4°C/SEG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**22 - INCUBADORA DE LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO\* COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 600, VOLUME CERCA DE 200, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**23 - ESPECTROFOTÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME ESPECTROFOTOMETRO - ESPECTROFOTÔMETRO: APLICAÇÕES QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DSDNA, SSDNA, RNA, OLIGO) QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS (280 NM, BRADFORD, LOWRY, BCA) DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DE CÉLULAS (OD600) PERCENTAGEM DE UTILIZAÇÃO DE CORANTES FLUORESCENTES (DYE 550/650, P. EX. CY3, CY5) ANÁLISES DE ENZIMAS: DETERMINAÇÃO DO PONTO FINAL (P. EX. DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS OU TESTES CITOLÓGICOS) MEDIÇÃO DIRECTA DA ABSORÇÃO DE COMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE ONDAS SEM OUTRO CÁLCULO (230 NM, 260 NM, 280 NM, 340 NM, 405 NM, 490 NM, 550 NM, 595 NM, 650 NM) CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 9 COMPRIMENTOS DE ONDA, COM OS QUAIS PODEM SER EFECTUADAS AS MEDIÇÕES MAIS COMUNS EM LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA E CITOLÓGICA MÉTODOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS EM PROTEÍNAS BEM COMO PARA A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CORANTES FLUORESCENTES CÁLCULO AUTOMÁTICO DOS RESULTADOS INCL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

#### 24 - ESTERILIZADOR

**Descrição Detalhada:** ESTERILIZADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO ELETRICIDADE, VOLTAGEM 220, APLICAÇÃO AGULHAS E ALÇAS, TIPO USO PARA BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFRAVERMELHO, ATÉ 800°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência Normal (%): 15,00

Margem de Preferência Adicional (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)

#### 25 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

**Descrição Detalhada:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, MATERIAL BASE FERRO FUNDIDO, MATERIAL CONCHA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDIÁTRICA, CAPACIDADE 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCHA COM REVESTIMENTO FIXO DE PLÁSTICO ACOLCHOAD

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência Normal (%): 20,00

Margem de Preferência Adicional (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3)

#### 26 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

**Descrição Detalhada:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220, VAZÃO 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência Normal (%): 15,00

Margem de Preferência Adicional (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3)

#### 27 - ESTUFA LABORATÓRIO

**Descrição Detalhada:** ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 100, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência Normal (%): 15,00

Margem de Preferência Adicional (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6)

#### 28 - CONTADOR DE COLÔNIAS

**Descrição Detalhada:** CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES CANETA MARCADORA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6)

#### 29 - CAPELA EXAUSTÃO

**Descrição Detalhada:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL AÇO, DIMENSÕES CERCA DE 250 X 90 X 150, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 1500

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6)

**30 - BANHO MARIA**

**Descrição Detalhada:** BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**31 - AGITADOR MAGNÉTICO**

**Descrição Detalhada:** AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (8)

**32 - BALANÇA ANALÍTICA**

**Descrição Detalhada:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220, RESOLUÇÃO 0,10, LARGURA 245, ALTURA 344, PROFUNDIDADE 321, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 20,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (8)

**33 - EXAUSTOR**

**Descrição Detalhada:** EXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO CARBONO, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 30, POTÊNCIA MOTOR 1/5, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, ROTAÇÃO MOTOR 1750 A 1800, TENSÃO 110, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HÉLICE COM 6 PALETAS DE ALUMÍNIO, GRADE EXTERNA DE, TIPO AXIAL, ACABAMENTO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 20,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (60)

**34 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO**

**Descrição Detalhada:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, NOME BEBEDOURO REFRIGERADO ( EXCETO PORTATIL - Bebedouro elétrico de coluna, tipo garrafão, 220 volts, refrigeração por compressão, temperatura de água gelada mínima entre 4oC e 6oC e máxima entre e 10oC e 15oC, altura: 95 a 100 cm, com no mínimo duas opções de temperatura de água (gelada e natural), bandeja de água removível, garantia de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (20)

**35 - ESTUFA LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150, TEMPERATURA ATÉ 300, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 9

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (9)

**36 - MAQUINA DE LIMPAR / ESTERILIZAR A VAPOR**

**Descrição Detalhada:** MAQUINA DE LIMPAR / ESTERILIZAR A VAPOR, NOME MAQUINA DE LIMPAR / ESTERILIZAR A VAPOR - autoclave vertical; 50l , nº de registro do ministério da saúde 8.01055-3 ; autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; câmara de esterilização em aço inox AISI 304 ; gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone; contendo válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável; manipulou em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm<sup>2</sup>) e temperatura (100 a 143°C); painel com chave seletora de calor ( MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Cestos internos em aço inox AISI 304; voltagem 220V ;4000Watts ; dimensões internas aproximadas (cm) 40x60 Dimensões externas (cm) 50x62x115

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**37 - ESFIGMOMANÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO\* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (15)

**38 - ESFIGMOMANÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO\* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO INFANTIL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (30)

**39 - AUTOCLAVE**

**Descrição Detalhada:** AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO\* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**40 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA**

**Descrição Detalhada:** CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA, NOME CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA - chapa aquecedora plataforma, material plataforma alumínio injetado c/ resistência blindada, temperatura operação máxima 350, voltagem 220, características adicionais forma cilíndrica, potência 215, acabamento superficial pintura eletrostática, diâmetro 13, altura 12

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**41 - SISTEMA ELETROFORESE**

**Descrição Detalhada:** SISTEMA ELETROFORESE, TIPO VERTICAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, CAPACIDADE ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES 0,75, ADICIONAL ATÉ 10 POÇOS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**42 - BALANÇA PRECISÃO**

**Descrição Detalhada:** BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3, RESOLUÇÃO 0,1, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL SELADO, TARA AUTOMÁTICA, SAÍDA RS 232

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 20,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (10)

**43 - TRANSILUMINADOR**

**Descrição Detalhada:** TRANSILUMINADOR, TIPO UV, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, COMPRIMENTO ONDA 312 / 365, DIMENSÕES FILTRO CERCA DE 20 X 25, COMPONENTES COM TAMPA ACRÍLICA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**44 - CARRINHO INDUSTRIAL**

**Descrição Detalhada:** CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, MATERIAL PLATAFORMA CHAPA FERRO, TIPO TRANSPORTE EMBALAGEM PEQUENA, COMPRIMENTO 1.500, LARGURA 800, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA PNEUMÁTICA, CAPACIDADE CARGA 800, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COMPRIMENTO ABA 700, TIPO ABA TUBULAR

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**45 - PALETEIRA**

**Descrição Detalhada:** PALETEIRA, NOME PALETEIRA - PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE CARGAS POSTAS SOBRE PALETES; COM RODAS DUPLAS EM NYLON PARA USO EM PISOS DANIFICADOS E IRREGULARES; CAPACIDADE DE CARGA: 2.500KG; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 90KG; COMPRIMENTO ÚTIL DOS GARFOS: 1.150MM; LARGURA DOS GARFOS: 150 MM; LARGURA TOTAL: 680 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 1.530 MM; ALTURA TOTAL: 1.200 MM; ALTURA DOS GARFOS ELEVADOS: 200 MM; ALTURA DOS GARFOS ABAIXADOS: 80MM. GARANTIA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Margem de Preferência Normal (%):** 15,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**46 - INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO**

**Descrição Detalhada:** INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO, NOME INSTRUMENTO PARA MEDICAO DE PRESSAO - Medidor de pressão arterial automático de pulso, com insuflação e desinflação automática. Detecção da pressão por sensor de pressão capacitivo eletrostático. Regulagem para utilização no pulso direito e esquerdo. Faixa de medição: pressão arterial, 0-299 mmHg; pulso, 40-180 batimentos/minuto. Faixa de circunferência do pulso: 13,3-21,5 cm. Validado clinicamente pela British Hypertension Society (BHS) e pela Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (15)

**47 - CENTRÍFUGA**

**Descrição Detalhada:** CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100, CAPACIDADE ATÉ 28 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)



**48 - APARELHO APLICAÇÃO ELETROFORESE**

**Descrição Detalhada:** APARELHO APLICAÇÃO ELETROFORESE, NOME APARELHO PARA APLICACAO DE ELETROFORESE - CUBA DE ELETROFORESE: 10X7CM CARACTERÍSTICAS: - À PROVA DE VAZAMENTO; - ELETRODO EM FIO DE PLATINA PURO, 99,99% RESISTENTE À CORROSÃO; - BANDEJAS DISPONÍVEIS EM DIFERENTES TAMANHOS. DESCRIÇÃO: TAMANHO DAS BANDEJAS 10X7CM/ TAMANHO DO GEL 10X7CM. DIMENSÕES 22X12,5X9CM CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 100 AMOSTRAS VOLUME DE TAMPÃO 300ML REGISTRO ANVISA: NÃO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTÉM: - 1 TANQUE; - 2 SUPORTES PARA PREPARO DO GEL;- 1 TAMPÃO;- 2 CABOS DE CONEXÃO;- 2 BANDEJAS;- FAIXA ADESIVAS PARA ORIENTAÇÃO;- 2 PENTES PARA 16 AMOSTRAS; - MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (10)

**49 - DESFIBRILADOR**

**Descrição Detalhada:** DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG / EVENTOS, PESO ATÉ 3, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO, NÃO RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS EXTERNAS DESCARTÁVEIS, AUTO ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS TELA C/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**50 - MONITOR PORTÁTIL**

**Descrição Detalhada:** MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (30)

**51 - MESA**

**Descrição Detalhada:** MESA, NOME MESA - MESAS PARA DISSECAÇÃO/NECROPSIA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REBAIXO EM FORMA DE 'X' COM ORIFÍCIO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 0,72 X 0,84 M (CXLXA). COM SUPORTE PARA BALDO. ACOMPANHA BALDE EM INOX.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (20)

**52 - MICROSCOPIO**

**Descrição Detalhada:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ESTATIVA COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO FORNECENDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO DOS CONTROLES MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO INDEPENDENTES MICRO DE 2,5&#924;M COM AVANÇO POR VOLTA DE 1MM E MACRO COM AVANÇO DE 20MM. SUPORTE PARA MÃOS TRASEIRO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. PLATINA RETANGULAR DE 120MM X 132MM COM CONTROLE DO MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO. MOVIMENTO DO CHARIOT 76MM NO EIXO X E 30MM NO EIXO Y, PRESILHA PARA UMA LÂMINAS . REVÓLVER PORTA OBJETIVAS FIXO QUÁDRUPLO. DISTÂNCIA PARFOCAL DE 45MM TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM E CIRCUITOS ELETRÔNICOS EMBUTIDOS NA PARTE INTERNA E TRASEIRA DO MICROSCOPIO. CHAVE LIGA/DESLIGA INDEPENDENTE. BOTÃO COM AJUSTE GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100~240V 50/60 HZ TROCA DA LÂMPADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, COM BOTÃO DE SEGURANÇA TODOS OS ITENS DO SISTEMA ÓTICO, LENTES, PRISMAS, OBJETIVAS E OCULARES COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30°, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMEMTO ANTI-FUNGO, NÚMERO DE CAMPO F.N. 18, AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 48MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (15)

**53 - MICROSCOPIO**

**Descrição Detalhada:** MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ESTATIVA COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO FORNECENDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO DOS CONTROLES MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO INDEPENDENTES MICRO DE 2,5&#924;M COM AVANÇO POR VOLTA DE 1MM E MACRO COM AVANÇO DE 20MM. SUPORTE PARA MÃOS TRASEIRO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. PLATINA RETANGULAR DE 120MM X 132MM COM CONTROLE DO MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO. MOVIMENTO DO CHARRIOT 76MM NO EIXO X E 30MM NO EIXO Y, PRESILHA PARA UMA LÂMINAS . REVÓLVER PORTA OBJETIVAS FIXO QUÁDRUPLO. DISTÂNCIA PARFOCAL DE 45MM TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM E CIRCUITOS ELETRÔNICOS EMBUTIDOS NA PARTE INTERNA E TRASEIRA DO MICROSCOPIO. CHAVE LIGA/DESLIGA INDEPENDENTE. BOTÃO COM AJUSTE GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100~240V 50/60 HZ TROCA DA LÂMPADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, COM BOTÃO DE SEGURANÇA TODOS OS ITENS DO SISTEMA ÓTICO, LENTES, PRISMAS, OBJETIVAS E OCULARES COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30°, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO, NÚMERO DE CAMPO F.N. 18, AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 48MM - 75MM, CORREÇÃO DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (45)

**54 - MICROSCOPIO**

**Descrição Detalhada:** MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO - N 101/TC: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRIOCULAR COM SISTEMA DE VÍDEO. CABEÇA: TRIOCULAR SIEDENTOPF, INCLINAÇÃO DE 30°, GIRO DE 360° COM AJUSTE DE DIOPTRIA ANTI-FUNGO. DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 54-74MM. AUMENTO: 40-1.000X (1.600X OPCIONAL). OCULAR: WF 10X/18MM (P16X OPCIONAL). OBJETIVAS ACROMÁTICAS: 4X/0.10, 10X/0.25, 40XS/0.65 (RETRÁTIL), 100XS/1.25 (RETRÁTIL) (IMERSÃO/ÓLEO). REVÓLVER: QUÁDRUPLO. ESTATIVA: ALTA RESISTÊNCIA. PLATINA DUPLA: 120X120MM COM CHARRIOT GRADUADO, ÁREA DE TRABALHO DE 30X60MM. CONDENSADOR: ABBE 1,25 N.A. AJUSTÁVEL. DIAFRAGMA: ÍRIS COM SUPORTE PARA FILTRO. FILTRO: AZUL E VERDE. ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE HALOGENIO, 6V/20W COM CONTROLE DE LUMINOSIDADE E ESPELHO PLANO CÔNCAVO PARA LUZ SOLAR. ENFOQUE: MACRO-MICRO COAXIAL COM PARAFUSO DE PRÉ-FOCALIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 100V Á 240V AUTOMÁTICO (BIVOLT). SISTEMA DE VÍDEO: CÂMERA SAMSUNG 330 LINHAS COLORIDA, CABOS, FONTES E ADAPTADOR PARA MICROSCÓPIO SISTEMA DE VÍDEO COM SAÍDA NTSC: A IMAGEM PODE SER PASSADA DIRETO PARA UM MONITOR OU TV. ACOMPANHA: SOFTWARE HARDWARE USB, PARA CAPTURA DE IMAGENS NO COMPUTADOR OU DATA SHOW. GARANTIA: 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**55 - OXÍMETRO PORTÁTIL**

**Descrição Detalhada:** OXÍMETRO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO MEDIÇÃO HISTÓRICO EVOLUÇÃO NUMÉRICO E GRÁFICO, AUTONOMIA SISTEMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO SATURAÇÃO 40 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 30 A 220BPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVA PLESTIMOGRÁFICA, TIPO PULSO, ALARMES AUDIOVISUAIS, ACESSÓRIOS 3 SENSORES REUSÁVEIS( ADULTO, INFANTIL, NEONATAL)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**56 - OXÍMETRO DIGITAL**

**Descrição Detalhada:** OXÍMETRO DIGITAL, NOME OXÍMETRO DIGITAL - OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, AFERIÇÃO DE OXIMETRIA E FREQUÊNCIA CARDÍACA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS TIPO AAA, MONITOR E SENSOR EM UM SÓ APARELHO, OPERAÇÃO POR UMA ÚNICA TECLA, COM DISPLAY DE ALTA INTENSIDADE DE LUZ, AUTO DESLIGAMENTO APÓS 8 SEGUNDOS SEM USO, 30 MINUTOS DE USO APÓS INDICAR BATERIA FRACA, PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS, CAIXA-SENSOR DO TIPO PARALELO AJUSTÁVEL SPO2, TÉCNICA DE ESPECTROFOTOMETRIA, TÉCNICA DE PLETISMOGRAFIA, QUE MOSTRE OS VALORES DE SPO2 E PULSO, INDIQUE A QUALIDADE DO SINAL E PULSO FRACO, FAIXA DE MÉDIA: 0 A99%, AMOSTRAGEM: 8 BPM, PRECISÃO: +/2% DE 70 A 100%, ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS ALCALINAS AAA, FAIXA: 30 A 254 BPM, AMOSTRAGEM COM MÉDIA 8 SEGUNDOS, PRECISÃO DE 2% OU 2 BPM (O QUE FOR MAIOR), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (20)

**57 - APARELHO APLICAÇÃO ELETROFORESE**

**Descrição Detalhada:** APARELHO APLICAÇÃO ELETROFORESE, NOME APARELHO PARA APLICACAO DE ELETROFORESE - FONTE DE ELETROFORESE: PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE CORRENTE. PROTEÇÃO CONTRA AUSÊNCIA DE CARGA NA SAÍDA. AUTO RESTART. SISTEMA DE AUTO CROSSOVER. TENSÃO: 10 A 1000V EM STEPS DE 1V, CORRENTE: 1 A 500MA EM STEPS DE 1MA POTÊNCIA: 1 A 300W EM STEPS DE 1W TEMPORIZAÇÃO: 1MIN A 99H TEMPERATURA: 20 A 99° C INTEGRAL: 0 ATÉ 999999V.H / 999999MA.H / 999999W.H/ DIMENSÕES (ALT. X COMP. X LARG.): 13CM X 28CM X 30CM. PESO TOTAL: 4,1KG. TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO COM CROSSOVER AUTOMÁTICO PERMITINDO PROGRAMAÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE OU POTÊNCIA CONSTANTE. SISTEMA DE AUTO START QUE, EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, ARMAZENA OS PARÂMETROS ATUAIS. NO RETORNO DA ENERGIA ESSES PARÂMETROS SÃO AUTOMATICAMENTE CARREGADOS E O ENSAIO É RESTABELECIDO A PARTIR DO PONTO DE INTERRUPÇÃO. SISTEMAS DE ALARMES SONOROS E VISUAIS DE NO LOAD INDICANDO AUSÊNCIA DE CARGA E OVER CURRENT INDICANDO EXCESSO DE CORRENTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO, OFERECENDO MÁXIMA PROTEÇÃO AO USUÁRIO E AO EQUIPAMENTO. DISPLAY DIGITAL ESTRATEGICAMENTE POSICIONADO PARA UMA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZAÇÃO COM LED INDICADOR. MONITORAÇÃO E CONTROLE DA TEMPERATURA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**58 - EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MÉTODO P/GASOMETRIA, ELETRÓLITOS, HEMATÓCRITO, HB, SO2, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 30 AMOSTRAS/HORA, ACESSÓRIOS C/ IMPRESSORA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ATÉ 10 PARÊMETRO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**59 - CRONÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** CRONÔMETRO, NOME CRONOMETRO - PLÁSTICO (ALTAMENTE RESISTENTE). CRONOMETRAR O TEMPO GASTO EM ATIVIDADES FÍSICAS. BATERIA DE LÍTIO DE 3V CR2032. RESISTÊNCIA À ÁGUA E A CHOQUE. PRECISÃO EM CENTÉSIMOS, CALENDÁRIO, ALARME E LCD DIGITAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) AXLXP : 18X12X15CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 100G.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (20)